

フレキシトロンHDRシステム 定期交換部品一覧(基本パッケージ)

別紙

品番	品名	数量	交換頻度	備考
417095	メインバッテリー	2	2年毎	停電時の線源回収用予備電源。バッテリーの容量不足により、停電発生時に線源が回収できなくなる。また、移送ができなくなる。
BP100XS	無停電電源装置バッテリー(Flexitron用)	1	2年毎	FleHDR本体コンソールPC用無停電電源装置バッテリー
BP150XS	無停電電源装置バッテリー(Oncentra用)	1	2年毎	治療計画装置Oncentra用無停電電源装置バッテリー
BU100SW	無停電電源装置本体(Flexitron用)	1	5年毎	FleHDR本体コンソールPC用無停電電源装置
BU150SW	無停電電源装置本体(Oncentra用)	1	5年毎	治療計画装置Oncentra用無停電電源装置